

FAHECE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

Rua Presidente Countinho, 160 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3212-1300 Fax: (48) 3212-1374

COLETA DE PREÇOS Nº. 159/14

Data: 02/06/2014

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE MATERIAL

Item	Especificacao do Material	Unidade	Quantidade
-------------	----------------------------------	----------------	-------------------

1	<p>Cardioversor (desfibrilador e monitor de ECG (integrado) com opção de sincronismo) com marcapasso externo transcutâneo.</p> <p>Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tela de cristal líquido colorido ou semelhante com indicação de: Onda ECG, visualização de até 3 ondas, frequência cardíaca, eletro do ECG desconectado, bateria fraca, bateria em carga. - O aparelho deve permitir carga e descarga pelas pás de desfibrilação. - O aparelho deve efetuar a descarga interna quando desligado. - Possuir proteção ECG contra descarga elétrica. - Possuir entrada elétrica isolada (flutuante). <p>Possuir modo de desfibrilação externa, automático.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possuir os seguintes alarmes: bateria fraca, bradicardia, taquicardia. - O aparelho deve indicar: sincronismo selecionado, energia de carga selecionada. - Permitir monitoração de no mínimo 07 derivações padrão. - Deve monitorar pelas pás de desfibrilação. - Energia de descarga de 02 a 200 joules no mínimo. - Tempo máximo de carga para a carga máxima de ser inferior a 6 segundos. - Permitir o funcionamento do aparelho durante a carga da bateria. - Possuir impressora térmica. - Bateria interna recarregável. - Sistema de autoteste. - Forma de onda bifásica até 200j no mínimo. - Peso máximo de 6,5kg. - Marca-passo externo. - Marca-passo externo, transcutâneo, com eletrodos não invasivos, usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração. - Modos demanda contínuo, no mínimo. - Proteção contra pulsos provocados por desfibrilação. - Pulso de saída: Frequência de 40-160/min (no mínimo), corrente de 0-200mA (no mínimo). - Acessórios: 01 (um) cabo de alimentação para rede elétrica (2P+T) segundo normas ABNT, 01 (um) cabo de paciente de 05 vias, 01 (um) cabo para marca-passo, 10 (dez) pares de eletrodos para utilização com marca-passo, 01 (um) jogo de pás para desfibrilação externa, uso adulto, 02 (dois) rolos de papel para impressora. - Alimentação: elétrica 220V monofásico/60Hz, cabo de alimentação padrão ABNT (2P+T). Bateria interna recarregável, com autonomia de do mínimo 2hs 	Unidade	02
---	--	---------	----

2	<p>Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência.</p> <p>Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Móvel, com rodízios de no mínimo 4". - Possuir no mínimo 01 (uma) gaveta para medicamentos e 03 (três) gavetas para instrumentos. - Possuir 05 (cinco) tomadas elétricas no mínimo para o funcionamento de energia aos equipamentos. - Possuir sistema de freio. - Dispor de tábua para massagem cardíaca e suporte para acomodação de cardioversor. <p>Alimentação: Elétrica 220V/60Hz, cabo de alimentação com no mínimo 03 metros tipo (2P+T) padrão ABNT.</p>	Unidade	02
---	--	---------	----

Somente serão acatados os orçamentos com as seguintes informações::

1. Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;
2. Validade da proposta;
3. Marca do material e nome do fabricante (quando for necessário);
4. Prazo de entrega;
5. Frete CIF (pago até Florianópolis);
6. Condição de Pagamento (até 30 dias após a entrega do material);
7. **Carta de exclusividade** (caso seja fornecedor exclusivo do material);

Endereço de entrega: Almoarifado FAHECE - Rod. Virgílio Várzea, 2975 - Saco Grande - Fpolis - SC.

Horário para entrega: 8:00hs às 17:00hs

Dúvidas: **Lyvens Zorek - lyvens.zorek@fahece.org.br - (48) 3212-1358**

Favor encaminhar orçamento para o e-mail lyvens.zorek@fahece.org.br, até o dia **05/06/2014** às **17:00 horas**, em papel timbrado.

Florianópolis, 02 de junho de 2014.

Lyvens Zorek

Divisão de Compras - FAHECE

lyvens.zorek@fahece.org.br

(48) 3212-1358