





1 **ATA DE DILIGÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2014**


2 Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos,
3 reuniram-se no auditório da FAHECE - Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON, situada à Rua
4 Presidente Coutinho, n.º 160 - Centro - Florianópolis/SC, a Comissão de Licitação, composta por:
5 DIEGO ROTH ROCHA FARIA - Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio: MICHELI ROSA,
6 MAICON QUERINO, MARCOS FRANCISCO DE AVILA BAPTISTA, DANIEL XAVIER DE
7 SOUZA, RONALDO DJALMA CORDEIRO, ELIZANGELA SOARES TÓRTORA E
8 PATRÍCIA CARSTEN, nomeados através do Ato de Designação n.º 013/2014, de oito de abril
9 de dois mil e quatorze, pelo Sr. Tertuliano Xavier de Brito, Presidente da FAHECE, para Análise
10 da Diligência do Pregão Presencial n.º 010/2014, da mesma Fundação, cujo o seguinte objeto:
11 **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A HEMORREDE**
12 **PÚBLICA DE SANTA CATARINA, VISANDO AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE**
13 **SAÚDE - SUS**, em conformidade com o Convênio n.º 728037/2009, celebrado entre o Ministério
14 da Saúde e a Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON - FAHECE. A empresa CIRURGICA
15 CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA ME entregou o
16 equipamento Seladora Portátil Manual da Marca BMS Modelo Tube Sealer Mobile dentro do
17 prazo solicitado pelo pregoeiro. O equipamento foi testado em três setores do Hemocentro
18 Coordenador, sendo o mesmo aprovado para utilização conforme a avaliação técnica anexa a
19 esta ata. Assim essa comissão acata o parecer técnico habilitando a CIRURGICA CERON
20 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA ME como vencedora do item único
21 do Pregão Presencial n.º 010/2014, sendo todo o processo encaminhado a direção dessa
22 Fundação para emissão da adjudicação e homologação do mesmo. O Pregoeiro declarou
23 encerrada a presente reunião de Análise de Diligência do Pregão Presencial n.º 010/2014 sendo
24 todo o processo com a documentação recolhido pela Comissão de Licitação e lavrada a presente
25 ata, que vai assinada por mim, Secretário e Membros da Comissão de Licitação. O reunião foi
26 encerrado às 10 h (dez horas).


MARCOS F. DE AVILA BAPTISTA
DIEGO ROTH ROCHA FARIA
MAICON QUERINO
ELIZANGELA SOARES TÓRTORA
MICHELI ROSA
RONALDO DJALMA CORDEIRO
DANIEL XAVIER DE SOUZA


PATRÍCIA CARSTEN



















FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC

Av. Othon Gama D'Eça, 756 – Praça D. Pedro I – Centro – Florianópolis – SC – 88015-240 -

FONE: (048)-2519701

038

Ofício n.º 020/CPQ/DG/HEMOSC

Florianópolis, 05 de junho de 2014.

Prezado Senhor,


Encaminhamos em anexo a Avaliação Técnica de Material/Produto, referente a diligência aberta no pregão presencial n.º 010/2014 do convênio n.º 728037/2009, para a empresa Cirúrgica Ceron Equip. Hospitalares e Veterinários Ltda. ME, do item 01 (Seladora de bolsas portátil).

Agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Denise Linhares Gerent
Diretora Geral


Rodolfo João Ramos
Gerente Técnico


Bianca C. Schmidt
Gerente Administrativa
Simone Bastos
Assessoria Gerência Administrativa
HEMOSC


Maria Aparecida Neto da Cruz
Coordenadoria de Planejamento e Qualidade

Ilmo.Sr.

Tertuliano Xavier de Brito

Presidente - FAHECE



MODELO I

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL/PRODUTO

- 01 - UNIDADE LOCAL: HEMOSC FLORIANÓPOLIS
- 02 - SETOR: PROCESSAMENTO / COLETA / AFÉRESE
- 03 - PRODUTO: SELADOR PORTÁTIL MANUAL
MODELO: TUBE SEALER MOBILE
- 04 - MARCA: BMS LOTE: — VALIDADE: —
- 05 - QUANTIDADE AVALIADA: 01
- 06 - TÉCNICO(S) RESP.(EIS): Mirel / Belione / Marilda / Walden
- 07 - FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR: — x —
- 08 - ASPECTOS POSITIVOS: Selagem boa e rápida.
O equipamento mostra na nror a presença da selagem e quando está concluído.
A carga é devolvida.
- 09 - ASPECTOS NEGATIVOS: Tamanho: Grande em
comparação com os já utilizados no HEMOSC.
- 10 - SUGESTÕES: ~~.....~~
- 11 - CONCLUSÃO: Aprovado para uso no HEMOSC.
~~.....~~

DATA: 04 / 06 / 2014

ASSINATURA (S): *Walden M. Alão* *Jonizhenet* *Walden*

Neuza Maria de Souza
Farmacêutica - Bioquímica
CRF 1208
Processamento de Sangue / HEMOSC