

**OBJETO A CONTRATAR**

**Proposta para realização de comodato de Equipamento para Conexão Estéril de Tubos**

Para contratação do objeto serão considerados os requisitos abaixo relacionados:

Item	Especificação do Material/Serviço
1.	<b>Objeto:</b>  <b>Comodato de 15 peças de Equipamento para Conexão Estéril de Tubos</b>
2.	<b>Especificação:</b> <b>É necessário que o equipamento novo (não usado) apresente as seguintes características:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deve ser adequado para conexão de dois tubos estéreis de PVC grau médio, em sistema fechado que garante a esterilidade do mesmo e a validade dos hemocomponentes pelo mesmo período do sistema original.</li><li>• A conexão pode ser feita entre tubos: seco/seco, seco/molhado, molhado/molhado, com diâmetro externo entre 3,95 e 4,6 mm e espessura de parede de 0,5 até 0,85 mm e diâmetro interno de 2,9 a 3,1 mm.</li><li>• O tempo de processamento deve ser de aproximadamente 20 segundos e conectar tubos com ou sem derivados de sangue.</li><li>• Alimentação: 220V/60Hz.</li><li>• O equipamento deve permitir o interfaceamento com o sistema informatizado.</li><li>• Equipamento que utilize lâminas para conexão ou cartucho de radiofrequência.</li></ul>
3.	<b>Das atividades a serem exercidas/entregues pela Contratada/Comodante:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fornecer nas datas solicitadas, as lâminas ou cartuchos de radiofrequência necessários ao funcionamento das máquinas em comodato; Consumo estimado: 6000 conexões/mês;</li><li>• Entregar as máquinas nos endereços estabelecidos no item 5;</li><li>• Instalar os equipamentos em data previamente agendada nas quantidades e locais descritos no item 5;</li></ul>

- Autorizar a retirada das máquinas do local original de instalação;
- Orientar acerca das obras, providências e especificações técnicas necessárias à instalação das máquinas e seu manuseio;
- Realizar as manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e ao No-Break (se aplicável), incluindo a reposição das peças;
- Informar sempre que houver melhorias técnicas em relação aos equipamentos ou inovações na tecnologia/plataforma, para que se decida atualização ou não;
- Manutenção preventiva e calibração com periodicidade anual e manutenção corretiva e calibração sempre que necessário com apresentação de relatórios de acordo com o padrão da Comodatária;
- Apresentar relatórios de manutenções preventivas e corretivas de acordo com o padrão da Comodatária;
- Atender a necessidade de manutenção corretiva, em no máximo em 24h (vinte e quatro horas) a partir do chamado;
- Dispor de outro equipamento para substituição, em caso de parada por mais de 03 dias, devido a necessidade de manutenção preventiva ou corretiva;

**4. Treinamento:**

- Fornecer treinamento aos operadores das máquinas, por ocasião da instalação dos mesmos e quando houver inserção de novos funcionários nos setores do HEMOSC em todos os endereços do item 5.

**5. Local da Prestação dos Serviços:**

- Hemocentro Coordenador, sito a Av. Othon Gama D'Eça, 756; Praça D. Pedro I, Centro, Florianópolis, SC, CEP 88.015-240 – 3 pçs
- Hemocentro Blumenau, Rua Theodoro Holtrup, 40 bairro Vila Nova – Blumenau – SC , CEP: 89.035-300 -2 pçs
- Hemocentro Chapecó, Rua São Leopoldo - esquina c/ nossa senhora do desterro quadra 1.309 – Esplanada, Centro – Chapecó – SC, CEP: 89.811-050 – 2 pçs
- Hemocentro Criciúma, Av. Centenário, 1700, Centro – Criciúma – SC, CEP.88.804-001 – 2 pçs
- Hemocentro Joaçaba, Av. XV de novembro, 23, Centro – Joaçaba – SC, CEP 89.600-



Centro de  
Hematologia  
e Hemoterapia  
de Santa Catarina

**HEMOSC**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC

Av. Othon Gama D'Eça, 756 - Praça D. Pedro I - Centro - Florianópolis - SC - 88015-240 - FONE: (048)-251-9700

000 – 2 pçs

- Hemocentro Lages, Rua Felipe Schmidt, 33, Centro - Lages – SC, CEP 88.501-310 – 2 pçs

- Hemocentro Joinville, Av. Getúlio Vargas, 198, Centro – Joinville – SC, CEP: 89.202-000 – 2 pçs.

**6. Prazo de Execução:**

Contrato de comodato por 5 anos, com possibilidade de rescisão sem multa, bastando, para tal, aviso prévio de 30 dias.

**7. Proposta:**

**A) Concorrência de Qualificação Técnica:**

- A Proponente deverá instalar o equipamento com todos os insumos necessário para a validação do equipamento com, no mínimo, 30 testes a fim de habilitar seu equipamento a concorrer;

- Disponibilização de um assessor técnico para validação do equipamento no HEMOSC conforme orientação do fabricante;

- Somente os equipamentos aprovados nesta etapa, serão classificados para a etapa B da Concorrência de Menor Preço.

**B) Concorrência de Menor Preço:**

- Para participar da coleta de preços a empresa deve estar devidamente constituída, com CNPJ, inscrição estadual ou municipal para emissão das Notas Fiscais;

- A Proposta deve incluir referências de empresas onde este tipo de trabalho já foi realizado;

- A proposta deve incluir valores de instalação, calibração inicial, despesas de hospedagem, diária e deslocamento de profissionais para todas as manutenções, treinamentos e instalação;

- A proposta deve considerar o fornecimento, sem custo adicional de peças tanto para manutenção preventiva e corretiva.

**8. Documentação para cadastrar e qualificar o fornecedor;**

- Registro do equipamento no Ministério da Saúde/Anvisa;



Centro de  
Hematologia  
e Hemoterapia  
de Santa Catarina

**HEMOSC**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE  
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC  
Av. Othon Gama D'Eça, 756 - Praça D. Pedro I - Centro - Florianópolis - SC - 88015-240 - FONE: (048)-251-9700

- Certificado de calibração do equipamento;
- Dois atestados de capacidade técnica atuais (ano corrente), citando o mesmo equipamento e testes.