

CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGÉ

Relação de Equipamentos

Item	Equipamento	Marca	Modelo	Nº Série
1	Banho Maria	Quimis	0215M2	188010489
2	Câmara de Conservação	FANEM	3347/4	HAO064564
3	Câmara de Conservação	FANEM	3347/4	HAO064565
4	Centrífuga de Tubos	Daiki	DT 4500	N/ S20171276
5	Relógio Multitimer	Phoenix Luferco	TP120	10168
6	Termômetro de Máximo;Mínimo	J Prolab		
7	Termômetro de Máximo;Mínimo	J Prolab		
8	Termômetro de Máximo;Mínimo	J Prolab		
9	Termômetro de Máximo;Mínimo	J Prolab		
10	Termômetro de Máximo;Mínimo	J Prolab		
11	Termômetro de Máximo;Mínimo	J Prolab		
12	Termômetro de Máximo;Mínimo	J Prolab		
13	Termômetro de Máximo;Mínimo	Incoterm		
14	Termômetro de Máximo;Mínimo	Incoterm		
15	Termômetro de Máximo;Mínimo	Akso		
16	Freezer -40°C	Thermo Scientific	DXF4004D	300204236

Requisitos para a realização dos serviços

- 1) O serviço de calibração dos equipamentos deverá ser realizado com equipamentos e padrões certificados e dentro da validade, rastreáveis junto a Rede Brasileira de Calibração - RBC, INMETRO ou órgãos internacionais, bem como por mão de obra devidamente treinada e qualificada para a execução do serviço.
- 2) Deverá ser emitido relatório de calibração conforme padrão RBC, INMETRO, ou órgãos internacionais.
- 3) Registramos como informação de que estas calibrações são exigidas pela Vigilância Sanitária para o funcionamento das Agências Transfusionais.

ÊNCIA TRANSFUSIONAL

5

Nº Patrimônio	Parâmetros	Erro Admissível	Serviço
27985	Temperatura	1º C	Qualificação Térmica / Calibração
28321	Temperatura	1º C	Qualificação Térmica
28322	Temperatura	1º C	Qualificação Térmica
28019	RPM/Seg	5% rpm	Calibração
27724	Tempo	3%	Calibração
	Temperatura	1º C	Calibração
	Temperatura	1º C	Calibração
	Temperatura	1º C	Calibração
	Temperatura	1º C	Calibração
	Temperatura	1º C	Calibração
	Temperatura	1º C	Calibração
	Temperatura	1º C	Calibração
	Temperatura	1º C	Calibração
	Temperatura	1º C	Calibração
	Temperatura	1º C	Calibração
29153	Temperatura	1º C	Qualificação Térmica