



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC
Av. Othon Gama D'Eça, 756 - Praça D. Pedro I - Centro - Florianópolis - SC - 88015-240 - FONE: (048)-251-9700

OBJETO A CONTRATAR

Proposta para realização de comodato de Aparelho Contador de células completamente automatizado.

Para contratação do objeto serão considerados os requisitos abaixo relacionados:

Item	Especificação do Material/Serviço
1.	<p>Objeto:</p> <p>Comodato de um Aparelho Contador de células completamente automatizado, do sistema ISBT128 (etiquetas alfa numéricas), apresente capacidade de interfaceamento ao sistema emosis do HEMOSC, capacidade de conexão em rede (Internet/TCP/IP) e fornecimento de reagentes.</p>
2.	<p>Especificação:</p> <p>É necessário que o equipamento novo (não usado) apresente as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forneça parâmetros: Contagem de leucócitos, hemácias, hemoglobina, hematócrito, índices hematimétricos (VCM, HCM, CHCM), contagem de plaquetas, diferencial de leucócitos em 6 partes (percentual e absoluto) em neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e céls. mais imaturas, RDW (SD E CV), Volume Plaquetário Médio (VPM), contagem de reticulócitos (percentual, absoluto e índice de maturação). Separação dos eritroblastos do volume total de leucócitos de forma confiável.• Realize contagem de plaquetas por duas metodologias (impedância e óptica);• Dosagem de Hemoglobina por metodologia livre de cianeto;• Determinação do hematócrito através de detecção individual do volume de cada eritrócito;• Realize identificação de células precursoras hematopoiéticas;• Utilize plataforma operacional Windows 2000;• Apresente controle de qualidade Levey Jennings, com controle comercial diário compatível e disponível no mercado;• Apresente linearidade de contagem nos seguintes parâmetros: Leucócitos 0 – 440 x 10³/µl Hemácias 0 – 8 x 10⁶/µl e Plaquetas 0 – 5 x 10⁶/µl• Realize leitura de etiqueta do padrão CODE128P(utilizada no ISBT128);• Permita interfaceamento de resultados e hiscartograma com o sistema Hemosis, através do software de interfaceamento LINKLAB, da empresa Lablink Systems Informática Ltda;



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC
Av. Othon Gama D'Eça, 756 - Praça D. Pedro I - Centro - Florianópolis - SC - 88015-240 - FONE: (048)-251-9700

3.	Das atividades a serem exercidas/entregues: <ul style="list-style-type: none">• É de responsabilidade da empresa comodante a implantação e instalação do equipamento;• É de responsabilidade da empresa comodante a implantação, instalação e custo da manutenção do interfaceamento do contador de células ao sistema Hemosis do HEMOSC;• Fornecimento e entrega dos Reagentes para realização dos testes;• Manutenção preventiva e calibração com periodicidade anual e manutenção corretiva e calibração sempre que necessário com apresentação de Relatórios de acordo com o padrão da Comodatária;;• Em casos de chamados o atendimento deve ser realizado no Laboratório de Hematologia do Hemocentro Coordenador em 24:00 horas.
4.	Treinamento: Oferecer treinamento sem ônus para a Comodatária, conforme necessidade, com gerenciamento completo do sistema.
5.	Local da Prestação dos Serviços: Laboratório de Hematologia do Hemocentro Coordenador, sito a Av. Othon Gama D'Eça, 756; Praça D. Pedro I, Centro, Florianópolis, SC, CEP 88.015-240
6.	Prazo de Execução: Contrato de comodato por 5 anos. Com aviso de 30 dias.
7.	Forma de Pagamento: Fornecimento de Materiais, reagentes, soluções e acessórios para realização dos seguintes testes/mês: Hemograma1300/mês; Contagem de Plaquetas.....1300/mês; Contagem de Reticulócitos.....110/mês.
8.	Proposta: <ul style="list-style-type: none">• Para participar da coleta de preços a empresa deve estar devidamente constituída, com CNPJ, inscrição estadual ou municipal para emissão das Notas Fiscais;• A Proposta deve incluir referências de empresas onde este tipo de trabalho já foi realizado e, no mínimo, dois atestados de capacidade técnica;• A Proponente deverá instalar o equipamento com todos os insumos necessário para a validação do equipamento com, no mínimo, 100 amostras a fim de habilitar seu equipamento a concorrer.• A proposta deve incluir valores de instalação, calibração inicial, despesas de hospedagem, diária e deslocamento de profissionais;• A proposta deve considerar o fornecimento, sem custo adicional de peças tanto para manutenção preventiva e corretiva;• Disponibilização de validação do equipamento no HEMOSC conforme orientação do fabricante;• Apresentar Relatórios de Manutenções Preventivas e Corretivas de acordo com o padrão da Comodatária;



Centro de
Hematologia
e Hemoterapia
de Santa Catarina

HEMOSC

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE

CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC

Av. Othon Gama D'Eça, 756 - Praça D. Pedro I - Centro - Florianópolis - SC - 88015-240 - FONE: (048)-251-9700

Anexar a proposta:

- Registro do equipamento no Ministério da Saúde/Anvisa;
- Certificado de Calibração
- Alvará Sanitário;