



OBJETO A CONTRATAR: Manutenção Preventiva Semestral em Equipamentos de Fluxo Laminar e Segurança Biológica.

Local do Serviço:

- Hemocentro Coordenador – Florianópolis;
- Hemocentro Regional de Criciúma;
- Hemocentro Regional de Lages;
- Hemocentro Regional de Joinville;
- Hemocentro Regional de Joaçaba;
- Hemocentro Regional de Chapecó;
- Hemocentro Regional de Blumenau.

Obrigação da Contratada:

Manutenção Preventiva nas seguintes Capelas de Fluxo Laminar:

- Hemosc Coordenador – 05 (cinco);
- Hemosc de Joaçaba – 01 (uma);
- Hemosc de Lages – 01 (uma);
- Hemosc de Chapecó – 01 (uma);
- Hemosc de Joinville – 01 (uma);
- Hemosc de Criciúma – 01 (uma);
- Hemosc de Blumenau – 01 (uma).

Prestar serviços técnicos nos equipamentos de Fluxo Laminar e de Segurança Biológica, realizando os serviços de: Contagem eletrônica de partículas; teste de velocidade e uniformidade do fluxo de ar; teste de escaneamento de filtro; teste de luminosidade e ruído; teste de perda de



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON - FAHECE
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC
Av. Othon Gama D'Eça, 756 - Praça D. Pedro I - Centro - Florianópolis - SC - 88015-240 - FONE: (048)-251-9700

pressão nos filtros absolutos (HEPA); teste de uniformidade de ar no fluxo; teste de fumaça nas capelas verticais; verificação e ajustes nos sistemas eletro-mecânicos; verificação da parte elétrica, motores, starts fusíveis e reatores; revisão geral do equipamento; limpeza interna e verificação das estruturas dos equipamentos; troca de filtros absolutos, pré-filtros, germicidas, fluorescentes e demais componentes elétrico-eletrônico quando for necessário e os materiais estando disponíveis; peças de reposição, estas serão indicadas na visita técnica para sua aquisição e troca na próxima visita técnica, ou em visita extra que será enviado um orçamento a parte; resultado e recomendações no término dos serviços com relatório técnico de certificação e atestados de calibração dos instrumentos utilizados.

Calibração dos filtros das salas limpas do Setor de Criobiologia do Hemosc Florianópolis.

A contratada também deverá informar referências de clientes, e apresentar os seguintes documentos:

- Alvará Sanitário;
- Registro de responsabilidade técnica em órgão competente;
- Controle de qualidade interno/externo;
- Certificação ISO ou Similar.