

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA IMPORTAÇÃO DIRETA

Item	Especificação do Material	Quantidade
1	Upgrade do Sistema de Braquiterapia para o equipamento Gammamed Plus Varian Medical Systems.	1

Descrição do Material

1. Console de controle Computador: Core 2 Duo, 1.86 GHz, 512 MB RAM, 80 GB HDD, impressor e monitor de tela plana de 19" no mínimo. Software de tratamento; Instalação e treinamento.
2. Conjunto de tubo de implante flexível intersticial. Kit Acc'y - 2pç; Agulha implantável: 150mm, 1,7mm dia, str - 3pçs; Agulha implantável: 150mm, 1,7mm dia, curved - 1pç; Mecanismo de localização, 320mm - 3pçs; Agulha implantável e obturador de 17ga e 20cm - 3pçs.
3. Incorporação do Sistema de Planejamento em tempo real. Sistema de planejamento em tempo real para braquiterapia de alta taxa de dose orientada por ultrassonografia. Deverá ser compatível com sistema de braquiterapia da Varian. Estação de trabalho, características mínimas: Notebook: Intel Core i5-3320M, 2.60GHz, RAM 8GB DDR3, HD 500GB, 8x Max DVD+/-RW Combo, Vídeo card 512MG, Mouse UBS, placa de vídeo de alta velocidade para 54mm express slot. Instalação e treinamento.
4. Guia para transdutor de ultrassom para braquiterapia e outros procedimentos endocavitários com software para planejamento do tratamento e posicionamento linear e angular. Deverá ser compatível com sistema de braquiterapia da Varian.
5. Acessórios para Próstata: Kit para aplicação intersticial; Agulha tubo para guia da fonte de 200mm – 14pçs; Agulha 200mm, 17gauge, trocar – 20pçs; Obturador 200mm para agulha 17/18G.
6. Treinamentos: dois dias de treinamentos na unidade.

Garantia:

Durante o período de garantia devem ser realizadas as manutenções preventivas recomendadas pelo fabricante, inclusive com a substituição de peças necessárias para a execução, sem ônus. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação e serviço, em língua portuguesa ou inglesa. O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários e de serviço á equipe técnica, sem ônus.

Incluir o valor por itens:

1. Número de manutenções preventivas durante a vigência da garantia (1 ano) conforme manual do fabricante.
2. Valor do equipamento para garantia estendida – 2 anos.

Observações

1. Necessidade de Registro em Agência Reguladora (Ministério da Saúde, ANVISA, INMETRO, etc).
2. A proposta técnica deverá identificar para cada item cotado a marca e modelo do produto ofertado, bem como os acessórios e complementos juntamente com as respectivas quantidades e descrição.
3. A empresa deverá fornecer, juntamente com a proposta, um catálogo com informações técnicas do produto a ser fornecido.
4. Enviar carta de exclusividade, caso seja fornecedor exclusivo do material;

5. A FAHECE poderá, a seu exclusivo critério, prorrogar a data de apresentação das propostas, que será devidamente publicado no portal www.fahece.org.br;

6. Não poderão participar desta coleta de preços empresas cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou do CEPON, ou que sejam cônjuge, companheiro(a), filho(a), pai ou mãe de servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou CEPON.

Favor encaminhar a proposta aos cuidados de Patricia no e-mail: patricia@fahece.org.br, até o dia 14/05/18 às 17hs, em papel timbrado e assinado pelo responsável da Empresa.

Patricia Corrêa.
Analista Importação - FAHECE