



QUESTIONAMENTOS DO EDITAL DA COLETA DE PREÇOS 014/2021

Questionamento 8) Vimos por meio desta solicitar a inclusão da tecnologia OSLD - Dosimetria por Luminescência Opticamente Estimulada nas condições do Termo de Referência conforme motivos expostos. Por se tratar de uma tecnologia certificada pela CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, utilizada por dois laboratórios no Brasil, a inclusão da mesma irá aumentar a concorrência entre os laboratórios participantes do processo de compras o que deverá trazer uma maior economicidade. Por fim gostaríamos de esclarecer ainda que essa tecnologia vem sendo utilizada com enorme sucesso em instituições renomadas, tanto públicas como privadas, em todas as regiões do Brasil.

RESPOSTA: Reavaliando a solicitação a equipe técnica incluem também a tecnologia OSLD no termo de referência.