



**- FAHECE FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON**

---

REQUISITOS DOS SERVIÇOS – Coleta de Preços 080/2020

Descritivo dos equipamentos a serem calibrados

Item	Setor	Marca	Modelo	Nº de série
1	AIO	WELMY	W200 Max: 200kg Min: 2kg E: 100g	06113
2	AJAS	WELMY	W200/5 Max: 200kg Min: 1kg e: 50g	13397
3	2º andar	LIDER	LD 1050/P-200C Max: 200kg Min: 2kg E: 100g	23523
4	Consultorio 23	URANO	PS-180 Max: 180kg Min: 2kg e:100g	74936
5	Consultório 25	WELMY	W200 Max: 200kg Min: 1kg E: 100g	5772
6	Biometria	WELMY	W200 Max: 200kg Min: 1kg e: 100g	5782
7	Pesquisa clínica	WELMY	W200/5 Max: 200kg Min: 1Kg E: 50g	13396
8	Consultório 22	Balmak	BKH-200F Max: 200kg Min: 1kg E: 100g	6881
9	Rouparia	Micheleth	300H Max: 300kg Min: 2kg e: 100g	2180283/2018
10	Rouparia externa	Micheleth	300H Max: 300kg Min: 2kg e: 100g	2160284/2016



**- FAHECE FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON**

11	Radioterapia	Urano	PS180 Max: 180kg Min: 2,5kg e: 100g	81512
12	Hospital Dia	WELMY	R/I-W200 Max: 200kg Min: 1kg e: 50g	8431
13	1º andar	LIDER	LD 1050/P-200C Max: 200kg Min: 2kg e: 100g	23525

Serviços a serem realizados:

- 1) Calibração de todos os equipamentos constantes do descritivo acima conforme regulamentação do INMETRO – Regulamento Técnico Metrológico;
- 2) Fornecimento de marca de verificação indicando prazo de validade e lacre(se necessário) conforme padrão INMETRO;
- 3) Emissão de Relatório de Calibração conforme padrão INMETRO;
- 4) Manutenção corretiva dos equipamentos que não forem aprovados no processo de calibração.